EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 33882

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.209746/2023-13

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Descrição	Protetor de Tireóide adulto, Konex, Pb 0,50/50-150 6,46.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO (TIREOIDE) CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	P PFPTMA5000PT011
Validade do CA	06/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	48.203.210/0001-03
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61331- 3: 2020

Laudo Técnico

Laboratório	LABPROSAUD
Nº Laudo	LABPROSAUD-E024-23;

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**