Certificado de Aprovação — CA Nº 35776

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201216/2025-77

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luva cirúrgica confeccionada em látex, anatômica, estéril, com pó, produto de uso único, produto descartável.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	No punho e/ou embalagem
Referência	Luva Cirúrgica Max Touch
Validade do CA	25/02/2030

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA FRONTINENSE DE LATEX SA
CNPJ	32.407.538/0001-01
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 10282:2014
Cores	natural

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0156 - BR Approval - Associação Técnica de Certificação
Nº Laudo	BRA20907-2C

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:03 | epicheck.com.br

Verificar online