

**Certificado de Aprovação — CA Nº 37316**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202901/2025-11

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA CIRÚRGICA                                                                               |
| Descrição      | Luva cirúrgica confeccionada, tipo 1, de borracha natural, lisa, anatômica, estéril, com pó. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.                                      |
| Marcação do CA | Na embalagem.                                                                                |
| Referência     | LUVA CIRÚRGICA COM PÓ SENSICARE SÉRIE SEN 60.                                                |
| Validade do CA | 17/07/2029                                                                                   |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Empresa  | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ     | 12.918.336/0001-17                                    |
| Natureza | Importado                                             |

**Informações Técnicas**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR ISO 10282:2014 |
| Cores         | Natural.                |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX |
| Nº Laudo    | Certificado de Conformidade CE-LVL/ICEPEX-I 00339-17-2                        |

**Restrições e Observações****Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:45 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)