

Certificado de Aprovação — CA Nº 38383

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.172045/2022-55

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Descrição	Avental de proteção radiológica confeccionado em borracha plumbífera flexível, com espessura equivalente de atenuação igual ou maior que 0,50 mm Pb na parte anterior, e igual ou maior que 0,25 mm Pb nas partes restantes.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	A.C.P100AM
Validade do CA	10/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ	11.713.569/0001-10
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61331- 3: 2020
Cores	Azul marinho.

Laudo Técnico

Laboratório	LABPROSAUD
Nº Laudo	E013-22

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br