EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 39331

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.127972/2021-30

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha sintética (nitrilo), palma lisa e ponta dos dedos texturizadas, ambidestra, não estéril, sem pó. Fabricante: TOP GLOVE SDN BHD.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	No punho.
Referência	Luvas para Procedimento não Cirúrgico não estéril.
Validade do CA	20/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	GOEDERT LTDA
CNPJ	79.846.465/0001-18
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	CPE 316-21-GOEDERT.NITRILO

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/segurancaesaude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:16 | epicheck.com.br

Verificar online