# Certificado de Aprovação — CA Nº 40254

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.101632/2022-43

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS |
| **Descrição** | Luva de segurança confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril. |
| **Aprovado para** | LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O) E PERÓXIDOS (P)). |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | Vinil Medical. |
| **Validade do CA** | 09/03/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
| **CNPJ** | 10.702.092/0011-87 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 11193-2:2013 |
| **Cores** | Transparente. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| **Nº Laudo** | SAU-415336/1/22, SAU-415336/2/22. |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVEL.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 2 - Ácido Sulfúrico 96%; 3 - Hidróxido de amônio 25%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30%; 1 - Formaldeído 37%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto nos Comunicados XXXII e XL, disponíveis no link "http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecaoindividual-epi/comunicados-importantes".

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:39 | epicheck.com.br**

Verificar online