

Certificado de Aprovação — CA Nº 40254

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.101632/2022-43

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril.
Aprovado para	LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O) E PERÓXIDOS (P)).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Vinil Medical.
Validade do CA	09/03/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ	10.702.092/0011-87
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-2:2013
Cores	Transparente.

Laudo Técnico

Laboratório	L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA
Nº Laudo	SAU-415336/1/22, SAU-415336/2/22.

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) LUVA DESCARTÁVEL.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 2 - Ácido Sulfúrico 96%; 3 - Hidróxido de amônio 25%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30%; 1 - Formaldeído 37%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto nos Comunicados XXXII e XL, disponíveis no link "<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecaoindividual-epi/comunicados-importantes>".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)