Certificado de Aprovação — CA Nº 40390

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203833/2024-26

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luva cirúrgica, tipo 1, confeccionada de borracha natural, texturizada nos dedos e na palma, com as demais partes lisas, anatômica, dedo curvo, estéril, com pó. Marca: MAXITEX.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem do produto.
Referência	LUVA CIRÚRGICA - MAXITEX.
Validade do CA	27/05/2029

Fabricante / Importador

Empresa	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	12.936.659/0001-33
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 10282:2014
Cores	Natural.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade: CE-LVL/ICEPEX-I 00325-33-1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:09 | epicheck.com.br

Verificar online