

**Certificado de Aprovação — CA Nº 40508**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203224/2025-58

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA CIRÚRGICA                                                                                                   |
| Descrição      | Luva cirúrgica confeccionada em borracha natural, lisa, anatômica, estéril, sem pó, com lubrificante (polímero). |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.                                                          |
| Marcação do CA | Na embalagem.                                                                                                    |
| Referência     | Luva cirúrgica sem pó - Encore Latex Micro.                                                                      |
| Validade do CA | 25/06/2030                                                                                                       |

**Fabricante / Importador**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Empresa  | ANSELL BRAZIL LTDA. |
| CNPJ     | 03.496.778/0001-21  |
| Natureza | Importado           |

**Informações Técnicas**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Norma Técnica | ISO 10282:2014 |
| Cores         | Natural.       |

**Laudo Técnico**

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Laboratório | OCP 0029 - UL DO BRASIL CERTIFICAÇÕES     |
| Nº Laudo    | Certificado de Conformidade UL-BR 25.0828 |

**Restrições e Observações**

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:36 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)