EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 40814

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.124804/2022-59

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimentos não-cirúrgico, confeccionada em borracha sintética de nitrilo, ambidestra, não estéril, palma lisa e dedos texturizados, sem pó.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	No punho
Referência	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRILO BLACK PREMIUM QUALITY - UNIGLOVES.
Validade do CA	19/12/2027

Fabricante / Importador

Empresa	UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA
CNPJ	25.101.992/0001-74
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	CPE 539-22.UGHC.NITRILOBLACK

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:55 | epicheck.com.br

Verificar online