

Certificado de Aprovação — CA Nº 40955

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203222/2025-69

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luva cirúrgica confeccionada em borracha natural, texturizada (palma) e antiderrapante, anatômica, estéril, sem pó, com lubrificante (polímero).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Luva cirúrgica sem pó - Encore Latex Textured.
Validade do CA	25/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ	03.496.778/0001-21
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 10282:2014
Cores	Natural.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0029 - UL DO BRASIL CERTIFICAÇÕES
Nº Laudo	Certificado de Conformidade UL-BR 25.0827

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:36 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)