EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 41021

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202852/2026-05

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luva Cirúrgica, Neoprene, lisa com acabamento em micro textura, estéril, isenta de pó. Marca: ANSELL
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Embalagem de transporte
Referência	Gammex Non-Latex Sensitive.
Validade do CA	28/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ	03.496.778/0001-21
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 10282:2014
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0029 - UL DO BRASIL CERTIFICAÇÕES
Nº Laudo	Certificado de Conformidade UL-BR 26.0824

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:24 | epicheck.com.br

Verificar online