EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 41022

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202843/2026-14

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luva Cirúrgica, neoprene, lisa com acabamento em micro textura, estéril, isenta de pó.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Embalagem de transporte
Referência	Gammex non-Latex
Validade do CA	28/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ	03.496.778/0001-21
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 10282:2014
Cores	Verde.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0029 - UL DO BRASIL CERTIFICAÇÕES
Nº Laudo	Certificado de Conformidade UL-BR 26.0823

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online