EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 41994

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.101759/2021-61

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em policloreto de vinila (vinil), lisa, ambidestra, não estéril, sem pó.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Luva de Vinil Premium Maxicor.
Validade do CA	29/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ	84.966.498/0001-31
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-2:2013
Cores	Transparente.

Laudo Técnico

Laboratório	L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA
Nº Laudo	ELA/L - 300.545/1/18

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:21 | epicheck.com.br

Verificar online