EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 42207

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.209668/2023-57

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Descrição	Avental casaco de proteção radiológica KONEX, Pb 0,50/50-110 5,70 (ANTERIOR) Pb 0,25/50-110 2,85 (POSTERIOR) .
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	PFAPMB5025TT081.
Validade do CA	06/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	48.203.210/0001-03
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61331- 3: 2020

Laudo Técnico

Laboratório	LABPROSAUD
Nº Laudo	—

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**