EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 44164

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202693/2025-50

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luva Cirúrgica, estéril, com pó, tipo 1, texturizada, anatômica, de borracha natural. Marca: Be Care.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Luva Cirúrgica Sensicare.
Validade do CA	17/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ	12.918.336/0001-17
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 10282:2014
Cores	Natural.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade - CE-LVL/ICEPEX-I 00337-17-2

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br

Verificar online