Certificado de Aprovação — CA Nº 44426

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.100845/2023-39

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS
Descrição	Luva de segurança e procedimentos não cirúrgicos confeccionada em nitrila, sem pulverização de pó bioabsorvível, ponta dos dedos texturizadas, ambidestra, não estéril.
Aprovado para	LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P), E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Sensi Medical.
Validade do CA	21/02/2028

Fabricante / Importador

Empresa	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ	10.702.092/0011-87
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Azul, branca, preta e violeta.

Laudo Técnico

Laboratório	L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA
Nº Laudo	SAU/ID-357600/1/22; SAU/ID-357600/2/22; SAU/ID-357600/3/22; SAU/ID-357600/4/22

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 2 - Hidróxido de amônio 25%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30% e 6 - Formaldeído 37%. II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".III) Verificar junto ao fabricante as especificações técnicas do EPI frente a outras substâncias químicas, conforme ensaios realizados em laboratório nacional acreditado junto ao INMETRO.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**