

Certificado de Aprovação — CA Nº 46801

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.134890/2021-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Avental de segurança confeccionado em nãotecido de polipropileno laminado em polietileno e adesivo hot melt, manga longa, punho de malha em algodão e poliéster, com tiras para ajuste na cintura e fechamento em velcro no pescoço.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	Avental para Procedimento Não Estéril BVB POLAR FIX.
Validade do CA	29/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	02.881.877/0001-64
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602: 2007 + A1:2012
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB)"6" - vestimenta de proteção (parcial) química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007.II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-OXileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) O código "0" indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



Verificar online