

Certificado de Aprovação — CA Nº 47012

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205603/2025-82

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luva cirúrgica, tipo 1, texturizada, anatômica, dedo curvo, estéril, com pó, cor natural. Fabricante:
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LIVE.
Validade do CA	18/06/2029

Fabricante / Importador

Empresa	LIVE HEALTHCARE SUPPLIES LTDA
CNPJ	10.842.393/0001-34
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 10282:2014
Cores	Natural.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0156 - BR Approval - Associação Técnica de Certificação
Nº Laudo	BRA20699-1C

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:35 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)