EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 47013

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.205604/2025-27

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | LUVA CIRÚRGICA |
| **Descrição** | Luva cirúrgica, tipo 1, texturizada, anatômica, dedo curvo, estéril, sem pó. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. |
| **Marcação do CA** | Na embalagem. |
| **Referência** | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LIVE POWDER FREE. |
| **Validade do CA** | 18/06/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | LIVE HEALTHCARE SUPPLIES LTDA |
| **CNPJ** | 10.842.393/0001-34 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 10282:2014 |
| **Cores** | Natural. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0156 - BR Approval - Associação Técnica de Certificação |
| **Nº Laudo** | BRA20699-2C |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL.

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br**

Verificar online