

Certificado de Aprovação — CA Nº 47407

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.126315/2022-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva de procedimento não cirúrgico confeccionada de borracha nitrílica, com textura na ponta dos dedos, ambidestra, não estéril, sem pó. Tamanhos: 6½-7 (P), 7½-8 (M), 8½-9 (G) e 9½-10 (GG). Fabricante: Wear Safe Sd. Bhd. – Malásia.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Nitrafree Blue.
Validade do CA	01/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ	03.496.778/0001-21
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Tamanhos	6½-7 (P), 7½-8 (M), 8½-9 (G) e 9½-10 (GG)
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 12722/22

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.**Observação:** Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)