EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 47608

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.100885/2022-80

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva de procedimento não cirúrgico, nitrílica, não estéril, Ambidestra e dedos texturizados, isenta de pó.Fabricante: JIANGXI HANDSPRO PRODUCTS SOLUTIONS CO. , LTD.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril.
Validade do CA	15/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	TARGA MEDICAL S.A.
CNPJ	00.157.774/0005-54
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	CPE 024-22.LEMGRUBER.NITRILICA-PRETA

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:04 | epicheck.com.br

Verificar online