

Certificado de Aprovação — CA Nº 47652

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.256170/2025-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico de nitrilo, sem pó, texturizadas nas pontas dos dedos e lisa nas demais partes, ambidestra e não estéril. Marca: SOFT+AID
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Embalagem
Referência	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL.
Validade do CA	13/08/2030

Fabricante / Importador

Empresa	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	04.310.364/0001-29
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D6319:2019
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-LVL/ICEPEX-I 00413-29-4

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.**Observação:** Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-es-aude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:22 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)