EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 47778

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.101960/2022-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirurgico de nitrilo sem pó – bompack med, ambidestra, não esteril, tipo 2, de uso único e reprocessamento proibido. Fabricante Filta Safety (Malasia) SDN. BHD.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Embalagem e punho.
Referência	LUVA NITRILICA (F.SAFETY).
Validade do CA	22/06/2027

Fabricante / Importador

Empresa	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	04.310.364/0001-29
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	CPE 173-22.EMBRAST.BOMPACKMED-FILTA

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br

Verificar online