EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 48043

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.111182/2022-07

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS |
| **Descrição** | Luva de segurança para procedimentos não cirúrgicos de vinil, lisa, sem pó, não estéril. Marca: BOMPACK Med. Fabricante: ANHUÍ INTCO MEDICAL PRODUCTS CO LTD. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. |
| **Marcação do CA** | Na embalagem. |
| **Referência** | Luvas para Procedimento não Cirúrgico não estéril. |
| **Validade do CA** | 13/08/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| **CNPJ** | 04.310.364/0001-29 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 11193-2:2013 |
| **Cores** | Incolor. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP |
| **Nº Laudo** | CPE 274-22.EMBRAST.BOMPACKMED |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

**Observação:** Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:22 | epicheck.com.br**

Verificar online