

Certificado de Aprovação — CA Nº 48217

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.116653/2022-65

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva nitrílica, não estéril, ambidestra, isenta de partículas e anatômica. Produto livre de látex e sem amido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	LUVA DE NITRILO PURPLE Ref.: 55080 (PP), 55081 (P), 55082 (M), 55083 (G), 55084 (EG)
Validade do CA	16/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	00.142.916/0001-86
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Roxa.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 13434-1/22

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS**Observação:** Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)