

Certificado de Aprovação — CA Nº 48246

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.214941/2023-65

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico, tipo 2, confeccionada em nitrilo, texturizada, ambidestra, não estéril, sem pó.
Aprovado para	LUVA TIPO C PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), PERÓXIDOS (P)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	No punho e/ou embalagem.
Referência	LUVA DE NITRILO PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ.
Validade do CA	26/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	MEDIX BRASIL LTDA
CNPJ	10.268.780/0001-09
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	CBTEI - Centro Brasileiro de Tecnologia Ltda ME
Nº Laudo	LV10662229/22

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) (LUVA DESCARTÁVEL)II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de sódio 40%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamento-s-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:24 | epicheck.com.br



Verificar online