EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 48974

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.113846/2023-45

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, superfície lisa, ponta dos dedos texturizadas, ambidestra, não estéril, uso único.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Embalagem.
Referência	Luvas para Procedimento não Cirúrgico não estéril.
Validade do CA	11/04/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ	07.826.504/0001-04
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	CPE 009-23.INOVEN.PRETO

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:00 | epicheck.com.br

Verificar online