

**Certificado de Aprovação — CA Nº 49163**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.126189/2023-04

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS                                                                                                                                             |
| Descrição      | Luva nitrílica, branco, não estéril, ambidestra e texturizada. Produto livre de látex, sem talco, baixo potencial de dermatite, para ambientes de salas limpas, utilização industrial. |
| Aprovado para  | LUVA TIPO C PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K)).                                                                                         |
| Marcação do CA | Na embalagem.                                                                                                                                                                          |
| Referência     | CLN3031XS (PP) (5.5), CLN3031SM (P) (6.0-6.5), CLN3031MD (M) (7.0- 7.5), CLN3031LG (G) (8.0-8.5), CLN3031XL (GG) (9.0-10.0).                                                           |
| Validade do CA | 30/05/2028                                                                                                                                                                             |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Empresa  | VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| CNPJ     | 04.718.143/0001-94                                               |
| Natureza | Importado                                                        |

**Informações Técnicas**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Norma Técnica | ISO 374-2:2019 |
| Cores         | Branca.        |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | 14086-1/23                                                               |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVEL II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online