

Certificado de Aprovação — CA Nº 49367

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201390/2023-58

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimentos não cirúrgicos, tipo 1, de látex natural, não estéril, lisa, ambidestra, com pó. Marca: HANDFORM. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DEMARCAÇÃO DO INMETRO.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	No punho e/ou embalagem
Referência	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX COM PÓ
Validade do CA	26/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	15.383.818/0003-70
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Natural

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0156 - BR Approval - Associação Técnica de Certificação
Nº Laudo	Certificado de Conformidade - BRA20462-1C

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 485, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-prot-ecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:40 | epicheck.com.br



Verificar online