

Certificado de Aprovação — CA Nº 49442

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.219356/2023-51

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luvas cirúrgicas de látex, texturizada, antiderrapante, anatômica, estéril, com pó. Marca: Injex. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	No Punho
Referência	Luva para Procedimento Cirúrgico
Validade do CA	10/10/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
CNPJ	59.309.302/0001-99
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 10282:2014
Cores	Natural

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0098 - BRICS CERTIFICAÇÕES DE SISTEMAS DE GESTÃO E PRODUTOS LTDA
Nº Laudo	8970/2023-LUV-1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 485, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-prot-ecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



Verificar online