

Certificado de Aprovação — CA Nº 49539

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.110580/2023-67

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	A luva Nitrílica é fabricada em 100% de borracha sintética de nitrilo na cor azul ou preta, sem pó, com superfície lisa, não estéril, isenta de látex, ambidestra, atóxica, com extremidades dos dedos levemente texturizadas de forma a ter melhor aderência.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	No punho
Referência	Luva para procedimento não cirúrgico não estéril
Validade do CA	27/07/2028

Fabricante / Importador

Empresa	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	11.462.456/0001-90
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Azul

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	CPE-150-23.BIOCON.NITRILICA

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.**Observação:** Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-d-e-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)