

Certificado de Aprovação — CA Nº 49568

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.147847/2023-93

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, superfície lisa, ponta dos dedos texturizadas, não estéril, ambidestra. Marca: Inoven.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Embalagem
Referência	NITRILICA PROC ROSA
Validade do CA	03/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ	07.826.504/0001-04
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Rosa

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	CPE 008-23. INOVEN.ROSA

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.**Observação:** Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-d-e-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:37 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)