EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 49573

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.148632/2023-90

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS
Descrição	Luva de segurança, confeccionada em nitrilo, de uso único, sem pó, levemente texturizada, ambidestra, punho com elástico. LUVA DESCARTÁVEL. Tamanhos disponíveis: PP (5,5), P (6,5), M (7,5), G (8,5) e GG (9).
Aprovado para	LUVA TIPO C PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Luva de Exame BASICS* Nitrílica Sem Pó Branca (PP–44740; P–44741; M–44742; G–44743; GG–44744); Luva de Exame BASICS* Nitrílica Sem Pó Azul (PP–44749; P –44750; M–44751; G–44752; GG–44753)
Validade do CA	04/08/2028

Fabricante / Importador	
Empresa	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	00.142.916/0001-86
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Branca; Azul.

Laudo Técnico	
Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 14750/23

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) LUVA DESCARTÁVEL.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi" e no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".