EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 49576

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.148638/2023-67

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva de segurança para Procedimentos não Cirúrgicos, de nitrilo, sem talco, ambidestra, texturizada, não-estéril.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem
Referência	Luva Nitrílica Descartável SmartGuard® Medline (PP – SG100XS; P – SG100S; M – SG100M; G – SG100L; GG – SG100XL).
Validade do CA	07/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	00.142.916/0001-86
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Azul

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 14991/23

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:36 | epicheck.com.br

Verificar online