EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 50054

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200873/2023-35

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, texturizada (dedos), ambidestra, não estéril, isenta de pó.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE NITRILO.
Validade do CA	20/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	TARGA MEDICAL S.A.
CNPJ	00.157.774/0005-54
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	CBTEI - Centro Brasileiro de Tecnologia Ltda ME
Nº Laudo	LV13493137/23-R02

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online