

Certificado de Aprovação — CA Nº 51239

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204380/2024-55

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
Descrição	Luva cirúrgica, tipo 1, de borracha natural, estéril, com pó, texturizada na palma e nos dedos, e lisa nas demais partes, anatômica, dedo curvo.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	LUVA CIRURGICA - GLOMED
Validade do CA	04/04/2029

Fabricante / Importador

Empresa	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ	03.033.589/0001-12
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 10282:2014
Cores	Natural.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº CE-LVL/ICEPEX-I 00267-12-1

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)