Certificado de Aprovação — CA Nº 51294

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.269276/2024-28

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Avental Cirúrgico Estéril, confeccionado em 5 camadas de TNT (Tecido não tecido 100% polipropileno , com reforço em não tecido de polipropileno laminado com polietileno), com mangas compridas, com cobertura total até os punhos e abertura costal. Punho em malha de algodão e Poliéster, com Forro, estéril.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Avental Cirúrgico Estéril com reforço.
Validade do CA	14/06/2029

Fabricante / Importador

Empresa	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	10.872.908/0001-49
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602: 2007 + A1:2012
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00006-49-1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI aprovado para Tipo PB "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados:a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**