EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 51634

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.234693/2024-37

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico, tipo 2, de orracha sintética nitrílica não estéril, sem pó, texturizada na ponta dos dedos e lisa nas demais partes, ambidestra. Marca: Unigloves. Fabricante: Ever Global (Vietnam) Ent. Corp.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Nitrilo Black Premium Quality (sem pó)
Validade do CA	23/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA
CNPJ	25.101.992/0001-74
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D6319:2019
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LVL/ICEPEX-I 00365-74-1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:51 | epicheck.com.br

Verificar online