Certificado de Aprovação — CA Nº 51803

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207464/2024-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico, não estéril, com pó, superfície lisa, ambidestra, tipo 3 (borracha de policloreto de vinila). Marca: Inoven.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico de Vinil Com Pó.
Validade do CA	21/11/2029

Fabricante / Importador

Empresa	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ	07.826.504/0001-04
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D5250-19
Cores	Incolor.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0197 - VIACERT CERTIFICADORA LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CCP1 26.0117-01

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:59 | epicheck.com.br

Verificar online