

Certificado de Aprovação — CA Nº 51807

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207467/2024-84

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico, tipo 2, (Borracha Nitrílica), texturizada na ponta dos dedos e lisa nas demais partes, ambidestra, não estéril, sem pó.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Embalagem.
Referência	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Nitrílica Sem Pó
Validade do CA	02/12/2029

Fabricante / Importador

Empresa	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ	07.826.504/0001-04
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D6319:2019
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0197 - VIACERT CERTIFICADORA LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CCP1 26.0119-01

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:45 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)