

Certificado de Aprovação — CA Nº 52163

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201596/2025-40

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Descrição	Vestimenta de proteção radiológica, tipo protetor de tireoide, com espessura de 0,35 mmPb, composto de borracha com proteção equivalente-chumbo (mmPb). Tamanhos: 58x15 adulto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO (TIREOIDE) CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	PRS 008
Validade do CA	02/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO LTDA
CNPJ	07.959.982/0001-92
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61331- 3: 2020
Tamanhos	58x15 adulto
Cores	azul, vermelho, verde, rosa, roxo, cinza e preto

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº 10715-02/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)