Certificado de Aprovação — CA Nº 52441

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202917/2025-23

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para procedimento não cirúrgico, Tipo 2, parcialmente texturizada (dedo), ambidestra, não estéril, isenta de pó.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Luva para procedimento não cirúrgico de Nitrilo.
Validade do CA	14/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MEDIX BRASIL LTDA
CNPJ	10.268.780/0001-09
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D6319:2019
Cores	Rosa.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0156 - BR Approval - Associação Técnica de Certificação
Nº Laudo	Certificado de Conformidade BRA20915-5C.

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:52 | epicheck.com.br

Verificar online