EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52453

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203010/2025-81

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS
Descrição	Luva para Procedimento não Cirúrgico, Tipo 1, de borracha natural, estéril, com pó , lisa, ambidestra.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	Luva para Procedimento não Cirúrgico (com pó).
Validade do CA	26/02/2029

Fabricante / Importador

Empresa	EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ	30.518.247/0001-65
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11193-1:2015
Cores	Natural.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE-LVL/ICEPEX-I 00283-65-3

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:04 | epicheck.com.br

Verificar online