Certificado de Aprovação — CA Nº 53010

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204823/2025-99

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA CIRÚRGICA
Descrição	Luva Cirúrgica, Tipo 1, de borracha natural, estéril, com pó, texturizada nos dedos e palma e lisa nas demais partes, anatômica, dedo curvo.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
Marcação do CA	Na embalagem
Referência	LUVA CIRÚRGICA ABL.
Validade do CA	03/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ	30.518.247/0001-65
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 10282:2014
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LVL/ICEPEX-I 00343-65-1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO D DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:02 | epicheck.com.br

Verificar online