

Certificado de Aprovação — CA Nº 53340

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.201115/2026-73

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco, com abertura frontal, confeccionada em tecido poliamida resinado (nylon), composto de borracha plumbífera com proteção equivalente-chumbo (mmPb), com espessura equivalente em chumbo (atenuação) 0,35 mm Pb (Frontal), 0,25 mm Pb (Costas), com fechamento através de velcro,.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	PFAPMB3525PT070 / PFAPMB3525PT071 / PFAPMB3525PT072 / PFAPMB3525PT073 / PFAPMB3525PT074 / PFAPMB3525PT075 / PFAPMB3525PT076 / PFAPMB3525PT077 / PFAPMB3525PT078 / PFAPMB3525PT079
Validade do CA	15/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	48.203.210/0001-03
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61331- 3: 2020
Cores	Amarelo, Azul Marinho, Azul Royal, Bege, Cinza, Marrom, Verde, Vinho, Preto, Rosa

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Nº CE-VTM-INNOVA-00013-2

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:41 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)