EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53894

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200722/2026-20

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA
Descrição	Luva de látex para uso profissional Zelara - Não estéril, lisa, com pó, ambidestra. - Cor natural -Tamanhos: PP(6), P (7), M (8), G (9), GG (10).
Aprovado para	LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TIPO B (BASES INORGÂNICAS (K), PERÓXIDOS (P), ALDEÍDOS (T)), CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Na embalagem.
Referência	LUVAS DESCARTÁVEIS DE LÁTEX
Validade do CA	23/05/2031

Fabricante / Importador

Empresa	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ	11.206.099/0001-07
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 374-1:2018
Tamanhos	PP(6), P (7), M (8), G (9), GG (10)
Cores	Natural.

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	Laudo RFE Nº.: RFE 432-25.SUPERMED.LÁTEX-SRI.TRANG - Rev 2

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

Observação: I) LUVA DESCARTÁVEL. LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULACAO COM VÍRUS.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374,com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de sódio 40%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30%; 6 - Formaldeído 37%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".