

Certificado de Aprovação — CA Nº 53912

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200732/2026-65

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
Descrição	Luva Vinílica para uso profissional - não estéril, lisa, sem pó, ambidestra.
Aprovado para	LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - TIPO B (BASES INORGÂNICAS (K), PERÓXIDOS (P), E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS
Marcação do CA	Na embalagem
Referência	LUVAS DESCARTÁVEL DE VINIL
Validade do CA	27/05/2031

Fabricante / Importador

Empresa	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ	11.206.099/0001-07
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 16523-1:2015+A1:2018
Cores	Transparente

Laudo Técnico

Laboratório	CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI - EPP
Nº Laudo	RFE 435-25.SUPERMED.VINILICA-BUNDHAND - REV 02

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

Observação: I) Luva não sujeita ao regime da ANVISA. LUVA DESCARTÁVEL, NÃO APROVADA PARA MANIPULACAO COM VÍRUS.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 6 - Peróxido de Hidrogênio; 6 - Formaldeído 37%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link ""<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>"".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:56 | epicheck.com.br



Verificar online